



data: 14.05.2024 r.

Znak sprawy: 11/ZP/2024

Dotyczy: „Zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego w celu zwiększenia dostępności i jakości opieki ginekologicznej kobiet z niepełnosprawnościami.”

Zamawiający informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania, na które udziela następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Czy zamawiający dopuści do zaoferowania fotel ginekologiczny o poniższych parametrach?

- Fotel przeznaczony do przeprowadzania badań i zabiegów ginekologicznych i urologicznych;
- Długość całkowita leża w pozycji poziomej bez segmentu podudzia – 127 cm;

Odp.: Zamawiający dopuści.

- Całkowita szerokość leża – 62 cm;

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 3 - Parametry techniczne.

- Regulacja wysokości siedziska w pozycji fotelowej: 59 – 105 cm;

Odp.: Zamawiający dopuści.

- Regulacja wysokości leża w pozycji poziomej: 59 – 83 cm;

- Regulacja kąta oparcia pleców w zakresie 50⁰

- Kąt pochylecia siedziska w zakresie 20⁰

- Przechył Trendelenburga w zakresie 20⁰

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 3 - Parametry techniczne.

- Funkcje fotela realizowane za pomocą ręcznego pilota przewodowego oraz przewodowych sterowników nożnych, poprzez siłowniki elektryczne na napięcie stałe 24V;

- Ręczny pilot przewodowy wyposażony w funkcje: regulacja wysokości, regulacja siedziska, regulacja oparcia, zapamiętywanie 3 różnych pozycji, pozycja Trendelenburga, pozycja pozioma, pozycja początkowa;

Odp.: Zamawiający dopuści.

- Konstrukcja fotela wykonana z elementów stalowych, tworzyw sztucznych oraz skóry ekologicznej;

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 3 - Parametry techniczne.

- Fotel wyposażony w 4 niewidoczne koła zamaskowane osłoną, podnoszone i opuszczane za pomocą pilota.

- Oparcie pleców i siedzisko wyposażone w szyny do mocowania po obu stronach

- Możliwość zamontowania w fotelu wieszak na kroplówki;

Odp.: Zamawiający dopuści.

- Bezszwowe leżysko z możliwością wybrania koloru z palety producenta (12 barw)

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 3 - Parametry techniczne.

- Pod oparciem pleców zabudowany zasobnik na rolkę papierowego podkładu

- Bezpieczne obciążenie fotela do 220 kg

Odp.: Zamawiający dopuści.



Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Sulechowie

ul. Zwycięstwa 1
66-100 Sulechów,
NIP 9271677943
REGON 000310396
KRS 0000026028

t: 68 416 13 03
m: 797 606 252 / 253
f: 68 385 22 19
e: spzoz@spzozsulechow.med.pl
www.spzozsulechow.med.pl

- Wyposażenie fotela: miska ginekologiczna ze stali nierdzewnej, papierowy podkład w rolce, podnóżek lakierowany ze stopniem tapicerowanym w kolorze tapicerki fotela;

Odp.: Zgodnie z załącznikiem nr 3 - Parametry techniczne.

- Powierzchnie fotela odporne na środki dezynfekcyjne;
- Produkt medyczny, deklaracja zgodności;
- Kolor jasnoniebieski lub turkusowy
- Standardy: ISO 13485, IEC60601-1, EMC, LVD

Odp.: Zamawiający dopuści.

Wszystkie wprowadzone zmiany i wyjaśnienia stają integralną częścią zapytania ofertowego oraz załączników i należy uwzględnić je przy składaniu oferty.

Z poważaniem

Dyrektor
Wiesław Wojciech Świtąła

Podpis na oryginale